

A continuacion mostramos el proceso actual del proyecto en el cual estamos siendo asesorados por el doctor especialista en materiales Juan Valerio Cauich del centro de investigaciones cientificas de Yucatán, y posteriormente se realizaran las pruebas para elaborar el protocolo medico.

	ATRIBUTOS DEL PRODUCTO	ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
Producto económico	Asequible	<8MXN	PENDIENTE
Disminuir molestias en la introducción ni a la extracción del producto	Portable	Producto creado de un material suave	
Prolongar el tiempo de uso	Eficiente	Material que no genera malos olores y previene infecciones ideal para el uso prolongado	
Buena retención de flujos	Capacidad de retención	Capacidad de 20mL, 4x15x5mm,	
Que no genere molestias e irritación durante el día	Cómodo	Material hipoalergénico	EN PROCESO
Que no deban introducir los dedos a la vagina	Salubre	Dispositivo con un sistema para facilitar la extracción	
Que no se note	Estético	Es un producto agradable de acceso intravaginal	
Que sea desechable	Desechable	Material desechable	EN PROCESO
Que no contamine en exceso	Degradable	Es un material que no produce ningún daño ecológico, es biodegradable después de estar a ciertas condiciones.	
Que no modifique la acidez de la zona intima	Cuide la salud	No genera alteración al PH	EN PROCESO
Que retenga coágulos y malos olores	Higiénico	Permite la entrada y cierra la salida de malos olores	EN PROCESO